

MUNICÍPIO DE CARIRE
CARIRÉ-CE

LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023/SMS
Processo Administrativo Nº 008/2023/SMS-PE
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ARNÓBIO DE AZEVEDO PEREIRA
Data de Publicação: 09/11/2023 09:53:52



LOTE 1	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UND	Quantidade: 1	Val.Ref.: 4.091,33
Descrição: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR COM ZOOM 7.5:1. ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE MAGNIFICAÇÕES ENTRE 0,67x e 5,0x. TUBO BINOCULAR ADAPTADOR: COLUNA COM 29cm DE ALTURA OU MAIOR; BASE COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 21 CM x 30 CM; AJUSTE DE TENSÃO MECÂNICA; TUBO BINOCULAR ADAPTADOR (C-MOUNT EMBUTIDO) COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR COM VARIAÇÃO MÍNIMA DE 55 A 75 M; ÂNGULO DE VISÃO COM O PLANO HORIZONTAL DE 45º; 2 OCULARES, AMBAS FOCALIZÁVEIS, COM AUMENTO DE 10x E CAMPO DE NO MÍNIMO 22 MM COM CONCHAS DE BORRACHAS; DISTÂNCIA DE TRABALHO LIVRE DE 115 MM; ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA E REFLETIDA (EPISCÓPICA E DISCÓPICA) POR LED'S TIPO "BRANCO LUZ DO DIA", DE APROXIMADAMENTE 6.500ºK, COM DURABILIDADE APROXIMADA DE 25.000 HORAS; CAPA DE PROTEÇÃO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA COM ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA 100-240 V AC.			
LOTE 2	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UND	Quantidade: 1	Val.Ref.: 12.108,16
Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR DE ÓPTICA INFINITA: TUBO BINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30º ROTAÇÃO DE 360º E DISTÂNCIA INTERPUPILAR DE 47 A 75 MM E AJUSTE DE DIOPTRIA EM AMBAS OCULARES, COM EXCLUSIVO SISTEMA GIRATÓRIO PARA BAIXA E ALTA DISTÂNCIA DO NÍVEL DE ESTATURA DO OPERADOR; PAR DE OCULARES: 10X DE MAGNIFICAÇÃO COM CAMPO DE VISÃO DE 20 MM (E PASSÍVEL DE INSERÇÃO ADICIONAL/ OPCIONAL DE RETÍCULO, SETA E OUTROS ACESSÓRIOS) E COM AJUSTE DE DIOPTRIA DE + -5; REVOLVER GIRATÓRIO PARA 4 OBJETIVAS; ATRAVÉS DE MECANISMO GIRATÓRIO QUÁDRUPLO DE PARADA POR CLIQUE COM ROLAMENTO ESFÉRICO MÚLTIPLO E ANEL ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DO REVÓLVER; FOCALIZAÇÃO POR MACROMÉTRICO COM MOVIMENTO 37,7 MM/ROTAÇÃO (AO LADO ESQUERDO DO INSTRUMENTO); MICROMÉTRICO COM CURSO D 0,2 MM/ ROTAÇÃO (BILATERAL); SENDO OS KNOBS MACRO E MICROMÉTRICOS CONJUGADOS EM BOTÕES LATERAIS À ESQUERDA DA ESTATIVA, SENDO O MICROMÉTRICO COAXIAL BILATERAL. PRESENTE NOS NOVOS MODELOS KNOB TENSOR PARA AJUSTE REGULÁVEL DE TORQUE DA ROTAÇÃO, PROPICIANDO ERGONOMIA; CONDENSADOR FIXO ABBE 1.25 NA COM DIAFRAGMA DE ÍRIS E COM MARCA PARA A GUIA POSICIONAL PARA AS RESPECTIVAS OBJETIVAS; CONTENDO PORTA FILTRO (PARA USO OPCIONAL) E MOVIMENTO POR PINHÃO E CREMALHEIRA. 5 BIOLAB BRASIL EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NIKON; ILUMINAÇÃO SISTEMA LED BRANCO DE ALTURA LUMINOSIDADE (ECO-ILUMINAÇÃO COM LENTES COLIMADORAS LED), EQUIVALENTE A POTÊNCIA DE PELO MENOS 30 WHATTS - COM CONSUMO MÁXIMO DE APENAS 3 W. LAMPADA QUE VIRTUALMENTE NÃO QUEIMA, COM TEMPO DE DURAÇÃO APROXIMADO DE 60 KIL HORAS; PESO ESTIMADO: 7,3 KG; TENSÃO DE ENTRADA ELÉTRICA POR COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA 100 V AC ~240 V AC; JOGO DE OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS CFI E 60, CORRIGIDAS AO INFINITO: O 4X (N.A. 0,10/ W.D 0,30 MM), O 10X (N.A 0,25/ W.D. 0,7 MM), O 4X RESTRÁTIL (N.A. 0,65/ W. D. 0,65 MM), O 100X RESTRÁTIL DE IMERSÃO A ÉLEO (N.A. 1.25/ W.D. 0,23 MM).			